



7017 Русе, ул. "Студентска" №8
<http://www.uni-ruse.bg>; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

„Доставка на уреди, инструменти и оборудване, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка на уреди за контрол на физически характеристики.

Обособена позиция № 2 – Доставка на инструменти за измерване на величини

Обособена позиция № 3 – Доставка на интегрални схеми и електронни компоненти

Обособена позиция № 4 - Доставка на сигнализационни светлини (светофари)

Обособена позиция № 5 - Доставка на уреди за детекция

Обособена позиция № 6 - Доставка на инструменти

Обособена позиция № 7 - Доставка на уреди за детекция и за анализ

Обособена позиция № 8 - Доставка на уред за диференциално налягане в комплект със скоростомерна тръба

Обособена позиция № 9 - Доставка на "вакуум помпа".

Рег. № 00585-2017-0008 / РОП № 9083562.

От страна на участник в процедурата е постъпило искане за разяснения по реда и в срока по чл. 189 от ЗОП.

Поставен е следният въпрос:

Във връзка с посочената обособена позиция – „Вакуум помпа с 14 „вакуумна камера за подпомагане изработването на детайли от карбон“ имаме следните въпроси:

1. Каква е стойността на вакуума (или остатъчното налягане)?
2. Какъв е дебитът на вакуум помпата?

На основание чл. 189 от ЗОП Възложителят предоставя следните разяснения:

Стойността на вакуума е 99.95 %, тоест пълен вакуум (-1).

Дебитът на вакуум помпата е 60 cm³/s, създава пълен вакуум за 5 s.

Ректор: Заличени лични данни по чл. 2 33ЛД

(чл.-кор. проф. д-н Христо Белоев)